

# 仕様書

## 1. 業務名

全身麻酔装置保守委託業務

## 2. 対象装置

GEヘルスケア・ジャパン株式会社 製

- エスパイア View GEPM Protect+Care  
「KM8201、KM8394、KM8395、KM8641、KM8642、KM8643、KM8644、KM8859」
- AVANCECS2 GEPM Protect+Care「KK0119」
- AISYS CS2「KL0172、KL0173」 計11台

## 3. 保守

### ○定期点検

装置等の正常な運転を維持する為に、必要な点検調整等、装置の整備を行うもの。

### ○緊急保守(故障修理)

故障が発生した場合、可及的速やかに必要な修理を行うものとし、約定時間外において万が一故障が発生した場合、翌営業日の約定時間内に必要な修理を行うものとする。

### ○定期点検時に必要な部品代を含む。

緊急保守に要した交換部品等は別途、有償とする。

保守を行う時間は原則として休日及び祝日を除く平日の9時から17時までとする。

### ○装置の運用や管理に対する日々のサポートを含む。必要に応じて、病院職員へ助言を行うものとする。

## 4. 委託期間

令和8年5月1日から令和9年3月31日まで